

SARS-CoV2 serologie: wie doet wat?


SKML-deelnemersmiddag 2022-02-15

J. Herderschee, AIOS MMB Amsterdam UMC






SARS-CoV-2: tijdslijn tot eerste serologische assays





Ontwikkeling SARS-CoV-2 assays


Aantal FDA EUAs voor SARS-CoV-2 serologische assays/maand





Ontwikkeling SARS-CoV-2 assays

Aantal FDA EUAs voor SARS-CoV-2 serologische assays/maand



VS: 85 assays in totaal


FindDX: 270 assays



SARS-CoV-2 serologie in 2020: Taskforce serologie

Situatie

- Nieuwe infectieziekte
- Veel verschillende assays
- Hoog ontwikkeltempo assays
- Assays veelal beperkt beschikbaar
- Tijdsdruk



Gevolg

- Validatie assays moeilijk



SARS-CoV-2 serologie in 2020: Taskforce serologie

Situatie

- Nieuwe infectieziekte
- Veel verschillende assays
- Hoog ontwikkeltempo assays
- Assays veelal beperkt beschikbaar
- Tijdsdruk



Gevolg

- Validatie assays moeilijk
- Risico op dubbele validaties “slechte” assays



“Oplossing”

Collaboratieve validatie



SARS-CoV-2 serologie in 2020: Taskforce serologie

Report

Status of the validation of ELISA and auto-analyser antibody tests for SARS-CoV-2 diagnostics: considerations for use

Data collection and reporting by the Serology Taskforce, which is part of the Dutch National Testing Capacity Coordination Structure (Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit, LCT)

Algemene overwegingen en kwaliteitscriteria SARS-CoV-2 serologie
1^e versie: 30 April 2020 -> 8^{ste} versie 15 juli 2020



SARS-CoV-2 serologie in 2020: Taskforce serologie

Status as at 15 July 2020

Inventories of the validation status of serological tests were carried out via the Dutch Society for Medical Microbiology (NVMM). Fifty-three laboratories responded to these inventory requests, showing that ELISA or auto-analyser tests (IgM and IgG) from 16 different manufacturers were at various stages of validation in the Netherlands on 15 July 2020. The selection of these tests by the



SARS-CoV-2 serologie in 2020: taskforce serologie

Conclusies 15/7/2020

- Sensitiviteit > 95%
- Ernstig zieke patienten
- >14 dagen na start klachten

- Wantai SARS-CoV-2 Ab (97.5%, n=646)
- EUROIMMUN SARS-CoV-2 IgG (96.1%, n=229)
- EUROIMMUN SARS-CoV-2 IgA (96.0%, n= 99)
- EDI Novel Coronavirus COVID-19 ELISA IgG (96.6%, n=97)
- RecomWell SARS-CoV-2 IgG (96.3%, n=108)
- Vircell COVID-19 ELISA IgG (96.7%, n=91)
- Vircell COVID-19 ELISA IgM+IgA (96.7%, n=91)
- COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA monotest (96.8%, n=31)
- VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgG (100%, n=22)
- VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgM (100%, n=22)
- MAGLUMI 2019 nCoV-2 IgG (100%, n=24)
- MAGLUMI 2019 nCoV-2 IgM (95.8%, n=24)



SARS-CoV-2 serologie in 2020: taskforce serologie

Conclusies 15/7/2020

- Sensitiviteit > 95%
- Ernstig zieke patienten
- >14 dagen na start klachten

Mitsen en maren


- Onderstreept: specificiteit > 98%
- Kleine aantallen voor grootste deel assays
- Lage sensitiviteit korte ziekteperiode en milde/asymptomatische ziekte (fysiologie of assay kwaliteit?)

- Wantai SARS-CoV-2 Ab (97.5%, n=646)
- EUROIMMUN SARS-CoV-2 IgG (96.1%, n=229)
- EUROIMMUN SARS-CoV-2 IgA (96.0%, n= 99)
- EDI Novel Coronavirus COVID-19 ELISA IgG (96.6%, n=97)
- RecomWell SARS-CoV-2 IgG (96.3%, n=108)
- Vircell COVID-19 ELISA IgG (96.7%, n=91)
- Vircell COVID-19 ELISA IgM+IgA (96.7%, n=91)
- COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA monotest (96.8%, n=31)
- VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgG (100%, n=22)
- VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgM (100%, n=22)
- MAGLUMI 2019 nCoV-2 IgG (100%, n=24)
- MAGLUMI 2019 nCoV-2 IgM (95.8%, n=24)



SKML SARS-CoV-2 serologie pilot

- 4 monsters: A-D
 - 2 negatief (A, B)
 - 1 laag positief (C)
 - 1 hoog positief (D)
- Selectie met Wantai Ig ELISA






SKML SARS-CoV-2 serologie pilot

- 37 participerende labs, 55 metingen per monster: 220 bepalingen uitgevoerd
- 20 verschillende assays
- Kwantitatieve vergelijking alleen mogelijk voor Wantai ELISAs




SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: kwalitatieve overeenkomst





SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: kwalitatieve overeenkomst



Kwalitatieve uitslag


- Positief
- Grenswaarde
- Negatief

Monster C: voornamelijk Wantai (IgM, IgT) met beoogde resultaat

Monster D: 2xIgM niet het beoogde resultaat (LFA en ELISA)




SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: kwalitatief, Wantai IgM






SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: kwalitatief, Wantai IgTotaal





SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: kwalitatief, Wantai IgTotaal





SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: berekenen Wantai IgT S/CO

- Outlier met S/CO van 30

Example:

1. Quality Control

Blank well A value: A1= 0.025 at 450nm (Note: blanking is required only when reading with single filter at 450nm)

Well No.:

B1	C1	D1
----	----	----

Negative control A values after blanking:

0.020	0.012	0.016
-------	-------	-------

Well No.:

E1	F1
----	----

Positive control A values after blanking:

1.056	1.082
-------	-------

All control values are within the stated quality control range

2. Calculation of Nc: = (0.020+0.012+0.016) / 3 = 0.016. Nc is < 0.03 so the value of 0.03 is used in the next step.

3. Calculation of the Cut-off: (C.O.) = 0.03 + 0.16 = 0.190



SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: berekenen Wantai IgT S/CO

- Outlier met S/CO van 30

Example:

1. Quality Control

Blank well A value: A1= 0.025 at 450nm (Note: blanking is required only when reading with single filter at 450nm)

Well No.:

	B1	C1	D1
--	----	----	----

Negative control A values after blanking:

0.020	0.012	0.016
-------	-------	-------

Well No.:

	E1	F1
--	----	----

Positive control A values after blanking:

1.056	1.082
-------	-------

All control values are within the stated quality control range

2. Calculation of Nc: = (0.020+0.012+0.016) / 3 = 0.016. Nc is < 0.03 so the value of 0.03 is used in the next step.

3. Calculation of the Cut-off: (C.O.) = 0.03 + 0.16 = 0.190

- Maximale meetbereik meeste ELISA readers is 3.5-4
- Maximale S/CO ratio: 4/0.19 = 21




SKML SARS-CoV-2 serologie pilot: berekenen Wantai IgT S/CO

Maximale S/CO ratio: $4/0.19 = 21$

Verklaringen voor S/CO van >30

- Reader met maximale meetbereik ≥ 6
- Administratieve/software fout







SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk



SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk



Krijgt u vragen over immune
correlates of protection?




Frequentie vragen immune
correlates of protection






SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk

Frequentie vragen immune correlates of protection






SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk






SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk






Gebruik SARS-CoV-2 serologie in praktijk





SARS-CoV-2 gebruik in de praktijk





Belangrijkste punten

- Sinds start pandemie zijn er razendsnel testen op de markt gekomen, ontwikkelingen gaan door
- Collaboratieve validatie is een mooie methode om snel een indruk te krijgen van een test maar niet altijd eenvoudig te interpreteren
- Performance van de gebruikte assays in de SKML pilot studie was goed bij de negatieve en hoog-positieve monsters, maar duidelijke verschillen bij het laag-positieve monster (invloed selectie proces?)
- Duidelijke behoefte aan een immune correlate of protection



Dank voor de aandacht

Vragen?