

SKML Congres De Waarde van de expert

Ede, 9 juni 2015

Humorale Immunologie

Harmonisatie

Dr. C.W. Weykamp, Chemicus, SKB, Winterswijk

Gebruik van ALTM en referentie waarden in de Combi Immunochemie rondzending

Dr. I.A. Haagen, Klinisch Chemicus/Medisch Immunoloog, OLVG, Amsterdam

Dr. C.W. Weykamp, Chemicus, SKB, Winterswijk

Expertwaarde versus consensus voor ENA testing

Dr. M.W.J. Schreurs, Medisch Immunoloog, ErasmusMC, Rotterdam

HIM

sectie humorale immunologie

SKML Congres De Waarde van de expert

Ede, 9 juni 2015

Humorale Immunologie

Harmonisatie

Dr. C.W. Weykamp, Chemicus, SKB, Winterswijk

Gebruik van ALTM en referentie waarden in de Combi Immunochemie rondzending

Dr. I.A. Haagen, Klinisch Chemicus/Medisch Immunoloog, OLVG, Amsterdam

Dr. C.W. Weykamp, Chemicus, SKB, Winterswijk

Expertwaarde versus consensus voor ENA testing

Dr. M.W.J. Schreurs, Medisch Immunoloog, ErasmusMC, Rotterdam

HIM




sectie humorale immunologie

Doelen

- Is mijn methode geschikt om juist te meten?

Combi Immunochemie

α 1 Antitrypsine



Herman Steigstra
Gebruikersdag 30 oktober 2014

Harmonisation Proteins

SKML Approach and Results 2003 - 2009

*Inez-Anne Haagen, OLVG, Amsterdam
Cas Weykamp, SKB, Winterswijk
SKML Workshop, June 15 2011*

HIM


sectie humorale immunologie



Stichting Kwaliteitsbewaking
Medische Laboratoriumdiagnostiek

Method	n	Recovery		Interlab CV	
		2006	2009	2006	2009
A1AT	50	101	104	8%	7%
Albumine	49	101	104	5%	6%
C3c	43	97	101	5%	6%
C4	43	104	101	5%	8%
Cerulopl.	23	100	101	9%	13%
Hapto	79	101	104	5%	5%
Prealb	12	101	103	6%	4%
Transferr	84	100	100	4%	5%
IgG	92	98	98	4%	6%
IgA	89	103	101	7%	6%
IgM	89	104	103	6%	7%
Overall		101	102	6%	7%

11 Proteins – Alle Methods



Meyers: From Chaos to Order, 2011

Traceability of Laboratory Results

The standard includes 5 categories of reference systems. There are well established procedures to address standardization of measurands in categories 1, 2 and 3. Category 4 includes measurands for which reference materials are available for calibration, but there is no RMP. Category 5 includes measurands for which neither RMPs nor reference materials for calibration are available.

Standardization Category	Reference measurement procedure	Primary reference material (pure substance)	Secondary reference material (value assigned)	Examples
1	Yes	Yes	Possible	Electrolytes, glucose, cortisol
2	Yes	No	Possible	Enzymes
3	Yes	No	No	Hemostatic factors
4	No	No	Yes	Proteins, tumor markers, HIV ^a
5	No	No	No	EBV ^b , VZV ^c

Harmonization

^a Human Immunodeficiency virus

^b Epstein Barr virus

^c Varicella zoster virus

Characterization of the New Serum Protein Reference Material ERM-DA470k/IFCC: Value Assignment by Immunoassay

Ingrid Zegers,^{1*} Thomas Keller,² Wiebke Schreiber,³ Joanna Sheldon,⁴ Riccardo Albertini,⁵
Søren Blirup-Jensen,⁶ Myron Johnson,⁷ Stefanie Trapmann,¹ Hendrik Emons,¹
Giampaolo Merlini,⁵ and Heinz Schimmel¹

RESULTS: For 12 proteins [α_2 macroglobulin (A2M), α_1 acid glycoprotein (orosomucoid, AAG), α_1 anti-trypsin (α_1 -protease inhibitor, AAT), albumin (ALB), complement 3c (C3c), complement 4 (C4), haptoglobin (HPT), IgA, IgG, IgM, transferrin (TRF), and transthyretin (TTR)], the results allowed assignment of certified values in ERM-DA470k/IFCC. For CRP, we observed a bias between the lyophilized and liquid frozen materials, and for CER, the distribution of values was too broad. Therefore, these 2 proteins were not certified in the ERM-DA470k/IFCC. Different value transfer procedures were tested (open and closed procedures) and found to provide equivalent results.

We used methods that are validated and well-established routine methods based on turbidimetry, nephelometry, and occasionally visible spectrometry (in the case of ALB). The concentrations of calibrant and reference material dilutions were optimized for each platform/reagent combination.

Certified values for:
 α_2 macroglobuline
 α_1 acid glycoprotein
 α_1 anti-trypsin
Albumin
Complement C3
Complement C4
Haptoglobin
IgA
IgG
IgM
Transferrine
Transthyretin

Not Certified for:
CRP
Ceruloplasmin
 β_2 microglobulin

CRM 470=ERM-DA470(k)

Certified Reference Material Proteins

IRMM = Institute Reference Materials Methods

European Union

Worldwide accepted by Abbott – Beckman – Roche – Siemens

Dus resultaat alle labs zelfde?

Zou het?

α1 Macroglobuline
α1 Acid Glycoprotein
α1 Antitrypsine
Albumine
Complement 3C
Complement 4

Haptoglobin
IgG
IgM
IgA
Transferrine
Transthyretine

Sectie HIM van de SKML:

.....Dat gaan we testen

- 120 ampullen ERM470 gekocht**
- Combi Immuno Chemie 2012.1A**

Als alles klopt: Recovery 100%

ERM470 ingezet als Rondzendmonster

Eiwit	n	Target in g/L Bijsluiter ERM470	Overall Gemiddelde Rondzending 2012.1A (Interlab CV%)	Recovery
Albumine	69	37.2	37.3 (5%)	100%
Haptoglobine	99	0.889	0.916 (5%)	103%
IgA	97	1.80	1.79 (4%)	99%
IgG	111	9.17	8.84 (6%)	96%
IgM	99	0.723	0.736 (5%)	102%
Transferrine	110	2.36	2.42 (5%)	103%
AAT	56	1.12	1.15 (8%)	103%
Overall				101%

Recovery ERM470 per Eiwit per Methode

Methode	Albumi ne	Haptog lo	IgA	IgG	IgM	Transfe rr	A1AT	Overall
Overall	100	103	99	96	102	103	103	101
Abbott Architect	103	98	95	98	105	98	105	100
Beckman Immage	100	98	100	99	100	103	111	102
Beckman UniCel	99	102	99	96	108	104	111	103
Siemens Behring	96	99	102	100	103	98	102	100
Siemens ProSpec	102	100	103	102	101	94	101	101
Siemens VISTA	100	100	93	94	93	96	-	96
Olympus	102	90	91	99	98	106	107	99
Roche Cobas 6000	98	108	100	92	102	104	97	100
Roche Integra	106	104	104	94	103	101	91	100
Roche Modular	103	103	100	97	101	104	101	101

Wens: Elk jaar herhalen

.....Actueel Beeld Harmonisatie

Te duur (€120/ampul)

Alternatief:

- Grote batch monsters gemaakt**
- Afgeijkt op ERM470**

- Combi ImmunoChemie

2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017

“Doorloper”

Recovery in ERM470 en Rondzendmonster

Methode	Albumine		Haptoglob		IgA		IgG		IgM		transferrine		AAT		Overall	
	ERM 470	DL.	ERM 470	DL.	ERM 470	DL.	ERM 470	DL.								
Overall	100	100	103	103	99	99	96	96	102	102	103	103	103	103	101	101
AbbArch	103	105	98	99	95	95	98	101	105	105	98	99	105	104	100	101
Beck Imm	100	98	98	98	100	101	99	101	100	103	103	107	111	113	102	103
Beck Uni	99	99	102	101	99	98	96	97	108	101	104	103	111	110	103	101
Sie Behr	96	105	99	107	102	102	100	99	103	106	98	101	102	102	100	102
Sie ProS	102	99	100	101	103	104	102	100	101	102	94	98	101	99	101	100
Sie VIST	100	102	100	102	93	92	94	88	93	100	96	98	-	-	96	97
Olympus	102	102	90	93	91	92	99	94	98	95	106	102	107	101	99	97
Roc6000	98	97	108	106	100	99	92	91	102	100	104	102	97	96	100	99
RocInteg	106	108	104	101	104	103	94	95	103	102	101	98	91	93	100	100
Roc Mod	103	102	103	104	100	100	97	95	101	103	104	105	101	100	101	101

Beklaagdenbankje

Categorie	n	Eiwit/Methode
Zalm Zalm (4+)	2	(A1AT Beckman Immage) (A1AT Beckman UniCel)
Zalm Geel (3+)	0	-
Geel Geel (2+)	2	(Albumine Roche Integra) (Haptoglobine Roche Cobas 6000)
Geel Groen (1+)	6	-
Groen Groen (0)	67	-
LBlauw Groen (1-)	4	-
LBlauw LBlu (2-)	4	(IgA Siemens VISTA) (IgA Olympus) (IgG Roche C6000) (A1AT Roche Integr)
DBlaauw LBlu (3-)	2	(Haptoglobine Olympus) (IgG Siemens VISTA)
DBlaauw DBLa (4-)	0	-

Er is nog wel wat te doen: Ceruloplasmine

Methode	n	ERM470		Doorloper	
		Gemidd	SD	Gemidd	SD
Overall	29	0.169	0.017	0.274	0.036
Beckman Immage	9	0.187	0.015	0.316	0.024
Siemens Behring	5	0.164	0.009	0.266	0.009
Siemens Pro Spec	7	0.163	0.010	0.258	0.015
Olympus	1	0.170	-	0.260	-
Roche Cobas 6000	2	0.160	0.007	0.240	0.007
Roche Integra	1	0.140	-	0.260	-
Roche Modular	4	0.160	0.018	0.252	0.025

**Indien u contact heeft met uw firma betreffende het bepalen van eiwitten uit de combi immunochemie rondzendin.....
Graag willen wij dit weten!**

Adres:

Mw.dr.IA. Haagen,

coördinator Combi Immunochemie
Medisch Immunoloog/Klinisch Chemicus
OLVG, Amsterdam

i.a.haagen@olvg.nl

HIM

Sectie Humorale Immunologie / Combi Immunochemie

Roche: Herstandaardisatie van speciale eiwitten

5 oktober 2012

Graag willen wij u informeren over de herstandaardisatie van vijf speciale eiwitbepalingen namelijk de Tina-quant® Albumine, α-1 Antitrypsine, Haptoglobine, IgG gen. 2 en Prealbumine op alle Klinisch Chemische systemen. Het nieuwe ERM DA470k/IFCC is als referentiemateriaal hiervoor gebruikt.


Intern onderzoek, afwijkingen in de externe kwaliteitsbewakingssystemen en onderlinge vergelijkbaarheid tussen Roche-systemen hebben geleid tot een nieuwe masterlot-kalibratie van Tina-quant® Albumine, α-1 Antitrypsine, Haptoglobine, IgG gen. 2 en Prealbumine bepalingen. Door een nieuw masterlot-kalibratie zijn de gebruikte C.f.a.s. calibratoren traceerbaar naar het referentiemateriaal ERM DA470k/IFCC.

De volgende aanpassing van de C.f.a.s. PUC, Protein en PAC zijn (klik op het betreffende percentage naar de link voor de benodigde documenten):

Bepaling	INTEGRA	MODULAR P	c501/c502	c702	C.f.a.s calibrator
Albumine*	+4.5%	+4.5%	+4.5%	+4.5%	C.f.a.s PUC (03121291122)
→ α-1 Antitrypsine	-12.4%	-5.1%	-12.7%	-12.7%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Haptoglobine	-3.8%	-6.9%	-7.6%	-7.6%	C.f.a.s Protein (11355279216)
IgG Gen.2	None	+4.1%	+11.5%	+4.1%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Prealbumine	-9.6%	None	-6.4%	-6.4%	C.f.a.s PAC (03555941190)

Doelen

- Is mijn methode geschikt om juist



Albumine

Sample	Target	Cobas 6000				Modular			
		n	mean	SD	Recovery	n	mean	SD	Recovery
ERM 2012	37.2	16	36.6	1.8	98%	10	38.4	1.9	103%
EQA 2012	35.4	16	34.6	2.0	97%	10	36.3	1.1	102%
EQA 2013		17	35.3	1.8	100%	7	34.6	1.6	98%
EQA 2014		15	33.8	2.1	95%	7	35.0	1.7	99%

Bepaling	INTEGRA	MODULAR P	c501/c502	c702	C.f.a.s calibrator
Albumine*	+4.5%	+4.5%	+4.5%	+4.5%	C.f.a.s PUC (03121305122)
α -1 Antitrypsine	-12.4%	-5.1%	-12.7%	-12.7%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Haptoglobine	-3.8%	-6.9%	-7.6%	-7.6%	C.f.a.s Protein (11355279216)
IgG Gen.2	None	+4.1%	+11.5%	+4.1%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Prealbumine	-9.6%	None	-6.4%	-6.4%	C.f.a.s PAC (03555941190)

* Geldt alleen voor de Tina Quant Albumine. De BCG/BCP Albumine wordt gekalibreerd met C.f.a.s. (10759350190) en is niet aangepast.

HIM

Combi immunochemie

IgG

Sample	Target	Cobas 6000				Modular			
		n	mean	SD	Recovery	n	mean	SD	Recovery
ERM 2012	9.17	36	8.43	0.38	92%	10	8.86	0.15	97%
EQAA 2012	8.91	36	8.11	0.37	91%	10	8.45	0.20	95%
EQAA 2013		39	8.40	0.56	94%	10	8.45	0.37	95%
EQAA 2014		36	8.47	0.17	95%	8	8.58	0.15	96%

Bepaling	INTEGRA	MODULAR P	c501/c502	c702	C.f.a.s calibrator
Albumine*	+4,5%	+4,5%	+4,5%	+4,5%	C.f.a.s PUC (03121305122)
α -1 Antitrypsine	-12,4%	-5,1%	-12,7%	-12,7%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Haptoglobine	-3,8%	-6,9%	-7,6%	-7,6%	C.f.a.s Protein (11355279216)
IgG Gen.2	None	+4,1%	+11,5%	+4,1%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Prealbumine	-9,6%	None	-6,4%	-6,4%	C.f.a.s PAC (03555941190)

* Geldt alleen voor de Tina Quant Albumine. De BCG/BCP Albumine wordt gekalibreerd met C.f.a.s. (10759350190) en is niet aangepast.

HIM

Combi immunochemie

IgM

Sample	Target	Cobas 6000				Modular			
		n	mean	SD	Recovery	n	mean	SD	Recovery
ERM 2012	0.723	35	0.736	0.025	102%	10	0.727	0.044	101%
EQA 2012	0.809	35	0.811	0.026	100%	10	0.833	0.028	103%
EQA 2013		37	0.806	0.035	100%	10	0.810	0.028	100%
EQA 2014		35	0.807	0.020	100%	6	0.850	0.040	105%

Bepaling	INTEGRA	MODULAR P	c501/c502	c702	C.f.a.s calibrator
Albumine*	+4,5%	+4,5%	+4,5%	+4,5%	C.f.a.s PUC (03121305122)
α -1 Antitrypsine	-12,4%	-5,1%	-12,7%	-12,7%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Haptoglobine	-3,8%	-6,9%	-7,6%	-7,6%	C.f.a.s Protein (11355279216)
IgG Gen.2	None	+4,1%	+11,5%	+4,1%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Prealbumine	-9,6%	None	-6,4%	-6,4%	C.f.a.s PAC (03555941190)

* Geldt alleen voor de Tina Quant Albumine. De BCG/BCP Albumine wordt gekalibreerd met C.f.a.s. (10759350190) en is niet aangepast.

HIM**Combi immunochemie**

A1AT

Sample	Target	Cobas 6000				Modular			
		n	mean	SD	Recovery	n	mean	SD	Recovery
ERM 2012	1.12	14	1.09	0.04	97%	4	1.13	0.04	101%
EQAA 2012	1.286	14	1.24	0.04	96%	4	1.29	0.04	100%
EQAA 2013		17	1.17	0.13	91%	4	1.17	0.10	91%
EQAA 2014		17	1.14	0.14	89%	2	1.10	0.07	86%


Bepaling	INTEGRA	MODULAR P	c501/c502	c702	C.f.a.s calibrator
Albumine*	+4,5%	+4,5%	+4,5%	+4,5%	C.f.a.s PUC (03121305122)
α -1 Antitrypsine	-12,4%	-5,1%	-12,7%	-12,7%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Haptoglobine	-3,8%	-6,9%	-7,6%	-7,6%	C.f.a.s Protein (11355279216)
IgG Gen.2	None	+4,1%	+11,5%	+4,1%	C.f.a.s Protein (11355279216)
Prealbumine	-9,6%	None	-6,4%	-6,4%	C.f.a.s PAC (03555941190)

* Geldt alleen voor de Tina Quant Albumine. De BCG/BCP Albumine wordt gekalibreerd met C.f.a.s. (10759350190) en is niet aangepast.

HIM


Combi immunochemie

2013.4 A




	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.81	1.81	2.16	2.0
SD	0.03	0.03	0.34	
n	21	21	53	
nu	6	6	0	

2013.4 B




	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.27	1.27	1.48	1.4
SD	0.02	0.02	0.22	
n	22	22	55	
nu	7	7	0	

2013.4 C




	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.45	1.45	1.67	1.5
SD	0.08	0.08	0.24	
n	22	22	54	
nu	0	0	0	

2013.4 D




	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.03	1.03	1.18	1.2
SD	0.03	0.03	0.15	
n	22	22	54	
nu	5	5	0	

2013.4 E



	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.19	1.19	1.39	1.2
SD	0.02	0.02	0.17	
n	22	22	54	
nu	6	6	0	

2013.4 F



	cons.	meth.	ALTM	lab
gem.	1.66	1.65	1.98	1.6
SD	0.07	0.06	0.30	
n	20	20	51	
nu	2	3	0	

Legenda

Roche (turb)

Beckman (turb/ulm)

Siemens (turb/fum)

Overig

Siemens (nefel)

Ortho Diagnostics (turb)

Abbott (turb)

Beckman (nefel)

Olympus (turb)

α1-Antitrypsine

Betreft: FINALE VERSIE

Herstandaardisatie van de bepalingen voor Tina-quant Albumine, α -1 Antitrypsine, Haptoglobine, IgG gen. 2, Prealbumine en Complement C4 voor de COBAS INTEGRA, MODULAR <P> en cobas systemen c501/c502 en c701/c702.

De volgende aanpassing van de C.f.a.s. PUC (Proteins in Urine/CSF) met productnummer 03121305 122, C.f.a.s. Protein met productnummer 11355279 216 en C.f.a.s. PAC (Pre-Albumine, ASLO en Ceruloplasmine) met productnummer 03555941 190 zijn doorgevoerd, waarbij de tabel de range weergeeft van aanpassingen voor alle lot nummers, die op dit moment verkrijgbaar zijn in de markt:

<i>Bepaling</i>	<i>INTEGRA</i>	<i>MODULAR <P></i>	<i>c501/c502</i>	<i>c701/c702</i>	<i>C.f.a.s calibrator</i>
Tina-quant Albumine in serum	+5.6/+10.3%	+4.2%	+6.7/+11.9%	+1.9/+6.9%	C.f.a.s PUC
Tina-quant Albumine in Urine	+5.6/+10.3%	+4.2%	+1.6/-3.9%	-3.2/-9.1%	C.f.a.s PUC
Tina-quant Albumine in CSF	-5.2/-8.6%	+4.2%	+0.6/+5.5%	+0.4/-4.4%	C.f.a.s PUC
Tina-quant α -1 Antitrypsine	+21.1/+26.1%	None	+14.9/+20.8%	+14.9/+20.8%	C.f.a.s Protein
Tina-quant Haptoglobine	None	-5.2/-7.4%	-5.9/-7.0%	-5.9/-7.0%	C.f.a.s Protein
Tina-quant IgG Gen.2	None	+4.1%	+11.5%	+4.1%	C.f.a.s Protein
Tina-quant Pre-albumine	-8.7/-10.4%	None	-6.5/-8.0%	-6.5/-8.0%	C.f.a.s PAC
Tina-quant Complement C4	-5.8/-8.3%	+1.9/+2.5%	+3.4/+5.3%	+7.1/+8.2%	C.f.a.s Protein



Van ALTM naar Referentie Waarde 2014.3

Geachte deelnemer,

Voor alle parameters werd de score tot nu toe toegekend op basis van uw eigen consensusgroep.

Met ingang van de huidige rondzending wordt de score voor een aantal parameters te weten Albumine, Albumine BCG, IgG, IgA, IgM, AAG, A1AT, haptoglobine, A2-macroglobuline, C3c en C4, toegekend op basis van een referentie waarde die traceerbaar is naar ERM-DA470.

Met vriendelijke groet,

Inez-Anne Haagen

Coördinator Combi Immunochemie


HIM

Combi immunochemie



Doelen

- Is mijn methode geschikt om juist te meten?

Combi Immunochemie



α 1 Antitrypsine




A1AT

EQA February 2014

Target: 1.286 g/L

2014.1 D



	cons.	meth.	ref.	lab
gem.	1.09	1.09	1.286	1.2

Abbott (2):	1.29
Beckman (12):	1.36
Siemens (16):	1.26

Legenda

Roche (turb)	Beckman (turb/lum)	Abbott (turb)	Siemens (nefel)	Siemens (turb/lum)
Olympus (turb)	Overig	Ortho Diagnostics (turb)	Beckman (nefel)	

Betreft: FINALE VERSIE

Herstandaardisatie van de bepalingen voor Tina-quant Albumine, α -1 Antitrypsine, Haptoglobine, IgG gen. 2, Prealbumine en Complement C4 voor de COBAS INTEGRA, MODULAR <P> en cobas systemen c501/c502 en c701/c702.


De volgende aanpassing van de C.f.a.s. PUC (Proteins in Urine/CSF) met productnummer 03121305 122, C.f.a.s. Protein met productnummer 11355279 216 en C.f.a.s. PAC (Pre-Albumine, ASLO en Ceruloplasmine) met productnummer 03555941 190 zijn doorgevoerd, waarbij de tabel de range weergeeft van aanpassingen voor alle lot nummers, die op dit moment verkrijgbaar zijn in de markt:

<i>Bepaling</i>	<i>INTEGRA</i>	<i>MODULAR <P></i>	<i>c501/c502</i>	<i>c701/c702</i>	<i>C.f.a.s calibrator</i>
Tina-quant Albumine in serum	+5.6/+10.3%	+4.2%	+6.7/+11.9%	+1.9/+6.9%	C.f.a.s PUC
Tina-quant Albumine in Urine	+5.6/+10.3%	+4.2%	+1.6/-3.9%	-3.2/-9.1%	C.f.a.s PUC
Tina-quant Albumine in CSF	-5.2/-8.6%	+4.2%	+0.6/+5.5%	+0.4/-4.4%	C.f.a.s PUC
Tina-quant α -1 Antitrypsine	+21.1/+26.1%	None	+14.9/+20.8%	+14.9/+20.8%	C.f.a.s Protein
Tina-quant Haptoglobine	None	-5.2/-7.4%	-5.9/-7.0%	-5.9/-7.0%	C.f.a.s Protein
Tina-quant IgG Gen.2	None	+4.1%	+11.5%	+4.1%	C.f.a.s Protein
Tina-quant Pre-albumine	-8.7/-10.4%	None	-6.5/-8.0%	-6.5/-8.0%	C.f.a.s PAC
Tina-quant Complement C4	-5.8/-8.3%	+1.9/+2.5%	+3.4/+5.3%	+7.1/+8.2%	C.f.a.s Protein



α 1-Antitrypsine

eenheid : g/L




	2014.3	cumulatief
Juistheid	-15%	-14%
Precisie	9.1%	7.6%
Aantal	6	18
Uitbijters	0	0
Sigma-TE	-0.8	-0.6
Sigma-SA	0.7	0.9
Score pictogram	[Yellow]	[Red]
Regressielijn	$0.00 + 0.848 \cdot x$	$0.00 + 0.857 \cdot x$

Consensusgroep
Methode

Roche

Roche (turb)


2014.3 A



cons. meth. ref. lab

gem.	1.55	1.55	1.786	1.6
SD	0.18	0.18		
n	19	19		
nu	0	0		


2014.3 B



cons. meth. ref. lab

gem.	1.88	1.88	2.140	2.0
SD	0.16	0.16		
n	19	19		
nu	0	0		


2014.3 C



cons. meth. ref. lab

gem.	1.13	1.13	1.278	1.0
SD	0.11	0.11		
n	19	19		
nu	0	0		


2014.3 D



cons. meth. ref. lab

gem.	1.97	1.97	2.271	1.8
SD	0.20	0.20		
n	19	19		
nu	0	0		


2014.3 E



cons. meth. ref. lab

gem.	1.71	1.71	1.952	1.5
SD	0.17	0.17		
n	19	19		
nu	0	0		

2014.3 F




cons. meth. ref. lab

gem.	1.31	1.31	1.484	1.4
SD	0.13	0.13		
n	18	18		
nu	0	0		

Legenda

[Yellow] Roche (turb)	[Blue] Beckman (turb/film)	[Green] Siemens (nafel)	[Dark Green] Abbott (turb)	[Pink] Siemens (turb/film)
[Red] Olympus (turb)	[Orange] Overig	[Orange] Ortho Diagnostics (turb)	[Purple] Beckman (nafel)	



Klaar?

NEE


- CRP
- β_2 Microglobuline
- IgG subklassen
- Serum Vrij Lichte Ketens
- Ceruloplasmine
-

Certified values for:
α2macroglobuline
α1 acid glycoprotein
α1 anti-trypsin
Albumin
Complement C3
Complement C4
Haptoglobin
IgA
IgG
IgM
Transferrine
Transthyretin

Not Certified for:
CRP
Ceruloplasmin
 β_2 microglobulin


JCTLM Newsletter mrt 2015

JCTLM Database entries for available certified materials as of February 2015



Are your in vitro diagnostic measurement results traceable to Higher Order Reference Materials, or Reference Methods?


Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), European Union	
Phone: +32 (0)14 571 705 Fax: +32 (0)14 590 406	Email: jrc-irmm-rm-sales@ec.europa.eu Web: http://www.irmm.jrc.be/
Name of the reference material	ERM-DA474/IFCC, Human serum
Quantity	Mass concentration
Analyte certified/assigned value	41.2 mg/L
Expanded uncertainty (level of confidence 95 %)	2.5 mg/L
Reference(s) on commutability	Certification Report for ERM-DA474
Comment(s)	Each sample consists of at least 1 mL processed human serum spiked with CRP. It contains the following additives: (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES), sodium azide, bezamidine chloride and aprotinin). The material is kept under argon gas in Duran glass ampoules.
Traceability	1) Traceable to SI 2) Protein standardization IV: Value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material, Clin. Chem. Lab. Med., 2001, 39, 1110-1122 3) Traceable to ERM-DA470
CRM listing	List I



CRP




Legenda

Roche (turb)	Beckman (turb/lum)	Abbott (turb)	Siemens (nefel)	Siemens (turb/lum)
Olympus (turb)	Overig			






	2013.1 P-sc	cumulatief cumP-sc
Juistheid	+3.1%	-3.4%
Precisie		12%
Aantal	1	4
Uitbijters	0	0
TE sigma		
SA sigma		
Score pictogram	3.3 1	1.5 0
Regressielijn		2.07 + 0.359.x
Consensusgroep	Overall	
Methode	Siemens kal	

Calibratie?




Factor?



Legenda
■ Siemens kal ■ Binding site kal


Legenda
Siemens kal
TheBindingSite kal

IgG1




Legenda
Siemens
TheBindingSite kal

IgG2




sVLK kappa 2015.1



Legenda
Siemens
TheBindingSite kal

sVLK Lambda 2015.1



Legenda
Siemens
TheBindingSite kal

**Indien u contact heeft met uw firma betreffende het bepalen van eiwitten uit de combi immunochemie rondzendin.....
Graag willen wij dit weten!**

Adres:

Mw.dr.IA. Haagen,

coördinator Combi Immunochemie
Medisch Immunoloog/Klinisch Chemicus
OLVG, Amsterdam

i.a.haagen@olvg.nl

Met dank aan Cas Weykamp!

Dank voor uw aandacht!

HIM

Sectie Humorale Immunologie / Combi Immunochemie